



## Einzelwertkarte




## statistische Kenndaten


Cm: 3.08  
 Cmk: 2.96  
 Tol. unten: 6.75  
 Tol. oben: 8.25  
 Sollwert: 7.50  
 Max: 7.63  
 Min: 7.31  
 x-quer: 7.47  
 s: 0.08  
 x + 3s: 7.71  
 x - 3s: 7.23  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 30  
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 375



## Häufigkeitsbild



## Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 7.47	6. 7.58	11. 7.35	16. 7.47	21. 7.42	26. 7.62	31. 7.44	36. 7.50	41. 7.57	46. 7.54	51. 7.39	56. 7.34	61. 7.42	66. 7.44	71. 7.36	76. 7.38	81. 7.41	86. 7.46	91. 7.54	96. 7.36
	2. 7.42	7. 7.55	12. 7.61	17. 7.40	22. 7.58	27. 7.38	32. 7.38	37. 7.50	42. 7.53	47. 7.44	52. 7.51	57. 7.34	62. 7.31	67. 7.33	72. 7.42	77. 7.44	82. 7.41	87. 7.53	92. 7.39	97. 7.42
	3. 7.40	8. 7.42	13. 7.38	18. 7.63	23. 7.52	28. 7.43	33. 7.57	38. 7.44	43. 7.34	48. 7.51	53. 7.56	58. 7.43	63. 7.51	68. 7.60	73. 7.52	78. 7.48	83. 7.45	88. 7.45	93. 7.42	98. 7.32
	4. 7.60	9. 7.42	14. 7.54	19. 7.50	24. 7.44	29. 7.52	34. 7.53	39. 7.53	44. 7.42	49. 7.53	54. 7.52	59. 7.58	64. 7.59	69. 7.56	74. 7.50	79. 7.41	84. 7.49	89. 7.39	94. 7.60	99. 7.38
	5. 7.31	10. 7.48	15. 7.49	20. 7.35	25. 7.44	30. 7.58	35. 7.46	40. 7.42	45. 7.55	50. 7.41	55. 7.53	60. 7.60	65. 7.58	70. 7.48	75. 7.49	80. 7.50	85. 7.44	90. 7.46	95. 7.58	100. 7.52

A 092000001 - 9,6 V - 1.00-6.00 Nm - Dauerlauf -0 602 490 435 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 09.10.2001

Einheit: MD [Nm]  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 7.47  
Standardabweichung: 0.08

Sollwert

Cm: 3.08

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.96

6s (x ± 3 s)

i. O.



# Kurvengrafik

Drehmoment


7.40

Winkel

27

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 526.118, Nm: 3.83

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende



# Kurvengrafik

Drehmoment


7.49

Winkel

40

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 518.414, Nm: 3.86

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende